

适合您的Transferpette® 的移液器吸头

配合BRAND微量移液器可获得最优的结果。BRAND的高品质吸头完美适配精密的分析实验。
移液器吸头与滤芯吸头经测试适配BRAND以及来自于
GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf®以及Sartorius®的多数移液器型号
5 ml 吸头适配BRAND与Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE® 相应型号。1250µl 和 10ml 吸头适用
用于 BRAND 和 Eppendorf® 移液器。

注：移液器吸头锥可能会有修改。适配性与生产商，移液器类型，序列号和生产日期
以及其他因素有关。
我们建议您使用免费的样品用于测试吸头适配性。



Transferpette® 单通道 标称量程																	Transferpette® 多通道 标称量程					
移液器体积范围	1 µl	2,5 µl	10 µl	20 µl	20 µl	25 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	500 µl	1000 µl	2 ml	2,5 ml	5 ml	10 ml	10 µl	50 µl	100 µl	200 µl	300 µl	1250 µl
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
移液器吸头规格																						
0.1 - 20 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0.5 - 20 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 50 µl		✓	✓	✓													✓					
2 - 200 µl ¹⁾					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 300 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl ¹⁾											✓	✓										
50 - 1250 µl ³⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ³⁾												✓										✓
0.5 - 5 ml													✓	✓	✓							
1 - 10 ml																✓						
滤芯吸头规格																						
0.1 - 1 µl	✓	✓	✓	✓													✓					
0.5 - 10 µl		✓	✓	✓													✓					
1 - 20 µl			✓	✓													✓					
2 - 20 µl					✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓		
5 - 100 µl					✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	
5 - 200 µl									✓	✓								✓	✓	✓	✓	
50 - 1000 µl											✓	✓										
50 - 1250 µl ³⁾												✓										✓
50 - 1250 µl XL ³⁾												✓										✓

✓ = 工厂校准的吸头测试 (如果使用不同的吸头, 可能需要调整)
✓ = 其它兼容的吸头
✓ = 吸头量程小于移液器的标称量程

¹⁾ 散装吸头为黄色或蓝色, 盒装和预装吸头为无色, 吸头托架为黄色或蓝色
²⁾ 需要校准或可能的测试
³⁾ 1250 µL=长度86 mm, 1250 µL XL=长度102 mm

